NEWSFLASH n°2

Sterilization & Hygiene

Content

WIPAK Steriking® Multi Seal Test Kit

Combine les tests qualitatifs de votre soudeuse.

p2

laboratoires ANIOS Le professionnel de la désinfection — Aniosept Activ 2%

Nettoyage et désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, endoscopes et matériel thermosensible.

p4

HOSPITHERA

Fondée en 1962, la société Hospithera distribue des dispositifs médicaux conçus par des fournisseurs fiables et reconnus à l'échelle internationale. Au fil des années, Hospithera est devenu le partenaire privilégié des hôpitaux et des professionnels de la santé en offrant des solutions sur mesure par l'intermédiaire d'une force de vente engagée. Vous pouvez compter sur nous !

WIPAK - Steriking Multi Seal Test Kit

Steriking® Multi Seal Test Kit

Le kit de contrôle Steriking® Multi Seal Test est composé de deux tests séparés pour la qualification et le contrôle du procédé de scellage : un test visuel pour vérifier la qualité de la soudure et un test de pénétration pour confirmer l'intégrité de celle-ci.

Le kit contient les accessoires nécessaires aux deux tests en quantité suffisante pour le contrôle d'une soudeuse durant un an (ceci en fonction de la fréquence des contrôles) :

1. 300 x SC250 Seal Controle Sheets
2. Bouteille de 80 ml de teinture (test de pénétration)
3. Un chronomètre
4. Une fiche de récolte des données
5. Un mode d'emploi

Pour le département de stérilisation centrale: Test d'intégrité de la soudure.

Combine 2 tests en 1 kit:

Journalier = contrôle visuel de la qualité de l'étanchéité de l'appareil par les SC250 Seal Controle Sheets.
Hebdomadaire = Détection d'irrégularités dans la soudure à l'aide d'un test de pénétration de teinture.

Réf: MS300	Steriking® Multi Seal Test Kit	1 kit

WIPAK - Steriking Multi Seal Test Kit

WIPAK

Instructions d'utilisation du Test d'intégrité de la Soudure.

Exemples:

REUSSI



NON REUSSI

1. Effectuez le test hebdomadairement sur chaque soudeuse.
2. Scellez la feuille de contrôle de soudure Steriking® SC250 avec la soudeuse à contrôler.
3. Mettez 1,0 à 1,5 ml (environ 30-40 gouttes) du liquide colorant entre le film et le papier et assurez-vous que le liquide recouvre la soudure sur toute sa longueur.
4. Le liquide de test doit être en contact sur toute la longueur de la soudure durant 5 secondes. Un chronomètre est fourni dans le kit.
5. Immédiatement après 5 secondes, vérifiez visuellement si des anomalies de soudure ou des canaux d'air se sont formés au cours du procédé de soudure. Voir ci-dessus un exemple d'une soudure fermée (réussie) et d'une soudure représentant une anomalie (non réussie).
6. Documentez les résultats du test dans le rapport inclus dans le kit.

Facile et fiable !

ANIOS - ANIOSEPT ACTIV

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Aniosept Activ 2%
Unidosis 100gr.

Nettoyage et désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux sous forme de poudre.

- Poudre 2 en 1: nettoyage et désinfection + désinfection de haut niveau
- Large spectre antimicrobien en 15 minutes (sporicide à 2 %)
- Péremption: 2 ans
- Formulé sans perborates
- Contrôle de la dilution par bandelette spécifique

Propriétés micro-biologiques:

- Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561) en 5 min.
- Mycobactéricide (EN 14348, EN 14563) en 15 min.
- Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562) en 15 min.
- Virucide (EN 14476) en 15 min.
- Sporicide (EN 13704) en 15 min.

Réf: A1896734A7	Aniosept activ Unidosis	24*100gr. / Carton.
Réf: A100409	Bandelette de contrôle pour Aniosept Activ	50 bandelettes / Tube.

ANIOS - ANIOSEPT ACTIV

Aniosept Activ 2%

Mode d'emploi

1. Dilution à 2%: Verser le contenu de 1 pot (100 g) dans 5 litres d'eau.



2. Mélanger la solution avec une brosse à laver. La solution reste active jusqu'à 12 h.

3. Nettoyer le dispositif médical à l'eau courante à l'aide d'une brosse de lavage.

4. Immerger le dispositif médical et une brosse de nettoyage pendant 15 minutes dans la solution Aniosept Activ 2%.

5. Rincer le dispositif médical et la brosse avec de l'eau stérile (0,2 μm) ou filtrée.

6. Sécher le dispositif médical avec un tissu jetable. Laissez la brosse de lavage s'égoutter.

Précautions:

- Ne pas mélanger avec d'autres produits. Produit à usage externe. Ne pas avaler. Éviter tout contact direct avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
- Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

AGENDA

Nous y serons !

Annual WFHSS Conference 2013:
6-9 novembre 2013 - Antalya

VSZ - Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis.
Journée d'étude: 28 novembre 2013 - Malines.

BICS - Belgian Infection Control Society
Congres: 28 novembre 2013

QUESTION?

N'hésitez pas à contacter votre Account Manager!

Nele Capoen
+32(0)477/48.59.66
nele.capoen@hospithera.com

Denis De Nijs
+32(0) 479/99.52.09
denis.denijs@
hospithera.com

Jeannine Libotton
+32(0)475/24.61.71
jeannine.libotton@hospithera.com

Pascale Crespinet
+32 (0) 477/48.59.70
pascale.crespinet@hospithera.com

Hospithera SA | Rue de la Petite Île 3 | 1070 Bruxelles |
T: +32 (0)2 535 03 01 | E-mail: info.sterilization@hospithera.com
WWW.HOSPITHERA.COM

HOSPITHERA
Count on us